

X線装置点検簿 運用方法

(電離放射線障害防止規則 第47条対応)

1. 目的

本様式は、電離放射線障害防止規則第47条に定めるエックス線作業主任者の職務を踏まえ、X線作業における安全管理状況を日常的に確認し、記録することを目的とする。

法令対応のみを目的とするものではなく、安全管理の可視化および継続的改善を意識した運用を行う。

2. 対象装置

1. 固定式X線装置

2. ポータブルX線装置

※装置ごとに様式を分けて管理する。

3. 記入者

当日の使用責任者（通常は獣医師）

4. 主任者の役割 (エックス線作業主任者：獣医師が兼務)

- ・エックス線作業主任者は、点検が適切に実施されているか確認する
- ・異常があった場合の使用中止および是正措置を確認する
- ・記録を保存管理する

5. 記入方法

(1) 装置使用

使用した日は「有」、使用していない日は「無」を記入。

(2) 点検項目

各項目について異常がなければ空欄または「○」。

異常があれば「異常有」に記入し、是正措置内容を記載。

(3) 異常時対応

異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、必要な是正措置を実施の上、主任者へ報告する。

6. 保存期間

記録は5年以上保存する。

7. 留意事項

本様式は過度に厳格な工業用仕様ではない

動物園・水族館・動物病院の実情に合わせた簡易仕様とする

重要なのは「回ること」である

施設名

装置名

設置場所

作業主任者名

記録保存期間：5年間以上

年

月

日付	装置使用	管支持装置	照射野・ランプ	警告灯	防護具	配線・外観	線量計装着	異音異臭	電源OFF	異常有無	是正措置内容	確認者	主任者確認
1日	有・無									有・無			
2日	有・無									有・無			
3日	有・無									有・無			
4日	有・無									有・無			
5日	有・無									有・無			
6日	有・無									有・無			
7日	有・無									有・無			
8日	有・無									有・無			
9日	有・無									有・無			
10日	有・無									有・無			
11日	有・無									有・無			
12日	有・無									有・無			
13日	有・無									有・無			
14日	有・無									有・無			
15日	有・無									有・無			
16日	有・無									有・無			
17日	有・無									有・無			
18日	有・無									有・無			
19日	有・無									有・無			
20日	有・無									有・無			
21日	有・無									有・無			
22日	有・無									有・無			
23日	有・無									有・無			
24日	有・無									有・無			
25日	有・無									有・無			
26日	有・無									有・無			
27日	有・無									有・無			
28日	有・無									有・無			
29日	有・無									有・無			
30日	有・無									有・無			
31日	有・無									有・無			

※1 標識及び管理区域の状況は適正に維持されていることを前提とする

※2 エックス線作業主任者の職務（電離則第47条）を踏まえ、日常のX線作業における安全確認を支援するためのチェックリスト

※3 異常が認められた場合は速やかに使用を中止し、是正措置を講じること

施設名

装置名

設置場所

作業主任者名

作成日：2026年2月26日

Ver.1.2

記録保存期間：5年間以上

年

月

日付	装置使用	固定部確認	照射野・ランプ	バッテリー	防護具	配線・外観	線量計装着	異音異臭	電源OFF	異常有無	是正措置内容	確認者	主任者確認
1日	有・無									有・無			
2日	有・無									有・無			
3日	有・無									有・無			
4日	有・無									有・無			
5日	有・無									有・無			
6日	有・無									有・無			
7日	有・無									有・無			
8日	有・無									有・無			
9日	有・無									有・無			
10日	有・無									有・無			
11日	有・無									有・無			
12日	有・無									有・無			
13日	有・無									有・無			
14日	有・無									有・無			
15日	有・無									有・無			
16日	有・無									有・無			
17日	有・無									有・無			
18日	有・無									有・無			
19日	有・無									有・無			
20日	有・無									有・無			
21日	有・無									有・無			
22日	有・無									有・無			
23日	有・無									有・無			
24日	有・無									有・無			
25日	有・無									有・無			
26日	有・無									有・無			
27日	有・無									有・無			
28日	有・無									有・無			
29日	有・無									有・無			
30日	有・無									有・無			
31日	有・無									有・無			

※1 標識及び管理区域の状況は適正に維持されていることを前提とする。

※2 エックス線作業主任者の職務（電離則第47条）を踏まえ、日常のX線作業における安全確認を支援するためのチェックリスト

※3 異常が認められた場合は速やかに使用を中止し、是正措置を講じること